

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2016/08007/HL/02

Datum: 2.8.2016

Vyřizuje: Ing. Michaela Vostřelová

Tel.: 469 648 151

E-mail: michaela.vostrelova@hamzova-lecebna.cz

## Poskytnutí dodatečných informací č.1 k Zadávací dokumentaci čj. 2016/08007/HL/02

Na základě připomínky jednoho z uchazečů poskytuje zadavatel všem uchazečům v zadávacím řízení na „Dodávku zdravotních antidekubitních matrací“, vyhlášené v systému PROebiz pod číslem jednacím 2016/08007/HL/02, ID zakázky: 2183 dne 22.7.2016, následující doplňující informaci k Zadávací dokumentaci.

Zadavatel doplňuje minimální požadavky k pol. č. 1, 2 a 3 takto:

Jádro – studená HR pěna:

- objemová hmotnost min. 40 kg/m<sup>3</sup>
- „tuhost“ min. 3,5 kPa

Boční okraje – PUR pěna

- objemová hmotnost min. 35 kg/m<sup>3</sup>
- „tuhost“ min. 4,5 kPa

Potah matrace

- gramáž min. 160 g/m<sup>2</sup>

Součástí nabídky bude obrázková a technická dokumentace k jednotlivým položkám, která bude obsahovat údaje, z nichž bude možné posoudit soulad nabídky uchazeče s min. požadavky zadavatele uvedenými v Zadávací dokumentaci.

Ostatní ujednání, texty a specifikace zůstávají beze změn.

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
Košumberk 80, 538 54 Luže  
Ing. Jiří Půža  
náměstek HTS  
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-

  
.....  
**Ing. Jiří Půža**  
náměstek HTS