

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2016/08007/HL/02

Datum: 4.8.2016

Vyřizuje: Ing. Michaela Vostřelová

Tel.: 469 648 151

E-mail: michaela.vostrelova@hamzova-lecebna.cz

Poskytnutí dodatečných informací č.2 k Zadávací dokumentaci čj. 2016/08007/HL/02

Na základě připomínky jednoho z uchazečů poskytuje zadavatel všem uchazečům v zadávacím řízení na „Dodávku zdravotních antidekubitních matrací“, vyhlášené v systému PROebiz pod číslem jednacím 2016/08007/HL/02, ID zakázky: 2183 dne 22.7.2016, následující doplňující informaci k Zadávací dokumentaci.

Zadavatel doplňuje a upravuje minimální požadavky u pol. č. 1, 2 a 3 takto:

Jádro – studená HR pěna:

- „tuhost“ **cca 3,7 kPa** (upraveno oproti požadavku v dodatečné informaci č. 1)

Boční okraje – PUR pěna

- „tuhost“ **cca 4,5 kPa** (upraveno oproti požadavku v dodatečné informaci č. 1)

Nosnost matrace – určeno pro pacienty s tělesnou hmotností až po 150kg (upraveno oproti požadavku v ZD)

Prořezy – cca 25 příčných a 7 podélných prořezů s hloubkou prořezu 5cm

Potah matrace

- **gramáž min. 180 g/m²** (povýšeno oproti požadavku v dodatečné informaci č. 1)

Součástí nabídky bude obrázková a technická dokumentace k jednotlivým položkám, která bude obsahovat údaje, z nichž bude možné posoudit soulad nabídky uchazeče s min. požadavky zadavatele uvedenými v Zadávací dokumentaci a dodatečných informací k ZD.

Ostatní ujednání, texty a specifikace zůstávají beze změn.

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-


Ing. Jiří Půža
náměstek HTS