

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2017/1396/HL

Datum: 17.3.2017

Vyřizuje: Ing. Michaela Vostřelová

Tel.: 469 648 157

E-mail: michaela.vostrelova@hamzova-lecebna.cz

Věc: Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k veřejné zakázce malého rozsahu č. 2017/1396/HL „Dodávka parního sterilizátoru“

Dne 15. a 16.3.2017 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, ke kterým poskytuje následující vysvětlení:

Dotaz č.1 z 15.3.2017: Bylo by možné nabídnout přístroj, který má jednoduché ovládání s 5 různými světovými jazyky, ale bez češtiny?

Odpověď (vysvětlení) zadavatele:

Zadavatel připouští jednoduché intuitivní ovládání bez Čj; předávací dokumentace viz. Charakteristika zakázky ZD je však požadována v Čj.

Dotaz č.2 z 16.3.2017: Trváte na zajištění validací?

Odpověď (vysvětlení) zadavatele:

Zadavatel na základě dodatečných zjištění nebude požadovat vstupní ani následné validace, z tohoto důvodu byla zadavatelem upravena Příloha č.1 Návrhu servisní smlouvy, která je přílohou tohoto dokumentu.

Rozšíření požadavků Zadávací dokumentace:

Dále na základě dodatečných zjištění zadavatel rozšiřuje Způsob zpracování nabídky o doložení níže uvedených dokumentů (pozn. číslování navazuje na číslování požadovaných dokumentů v ZD):

8. Oprávnění k montáži dodávaného zdravotnického prostředku od výrobce zdravotnického prostředku.

9. Seznam společností, které používají nabízený zdravotnický prostředek a to minimálně s těmito údaji:

Název společnosti

Kontaktní osoba

Telefon

Tyto dokumenty účastníci dodají nejpozději do ukončení kola pro podání nabídek v elektronické podobě jako přílohu k nabídce přímo v elektronickém tržišti PROEBIZ.

Na základě výše uvedeného a požadovaného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24.3.2017 do 10hod.

Ostatní ujednání, texty a specifikace zůstávají beze změn.

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-



Ing. Jiří Půža
nám. HTS