

Základní členění: A) Zadávací list zakázky
B) Návrh kupní smlouvy
vč. Přílohy č. 1 Položkový výpis

A) ZADÁVACÍ LIST ZAKÁZKY

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

538 54 Luže-Košumberk 80, IČO 00183024

Státní příspěvková organizace MZ ČR,
samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č.j. 17268-VI/2012

zahajuje zadávací řízení (mimo režim ZZVZ) na dodávku:

„Dodávka motodlah pro dolní končetiny a pohybových trenažérů pro horní a dolní končetiny vč. příslušenství“

Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu se řídí interním předpisem HL. Podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), je zadavatel povinen při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zákona) dodržovat zásady uvedené v § 6 zákona.

Charakteristika zakázky:

Předmětem plnění je dodávka 2ks motodlah pro dolní končetiny včetně příslušenství a 4ks pohybových trenažérů pro horní a dolní končetiny včetně příslušenství (2ks pro dětské pacienty, 2ks pro dospělé) vše v kompletním provedení, včetně dopravy, vykládky, přesunů, montáže, instalace, uvedení dodaného zboží do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáže osob pro obsluhu a údržbu zařízení, předávací dokumentace (příslušné dokumentace dle zákona 268/2014 Sb, o zdravotnických prostředcích - prohlášení o shodě, pokyny pro užívání včetně údržby a záručních podmínek, dodacích listů, apod. vše v ČJ) a likvidace obalů s níže uvedeným upřesněním.

Zadavatel umožňuje dodávku dělit na části pro více účastníků dle předem určených skupin.

Dodávka bude uskutečněna na základě podpisu kupní smlouvy.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých druhů zboží, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Podrobná specifikace předmětu plnění

Motodlaha - kolenní s vozíkem – 2ks (1x pav. I, 1x pav. E)

Programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu včetně transportního vozíku. Řízení dálkovým ovladačem, zajištění rychlého nastavení na anatomické rozměry pacienta, což zajistí anatomicky správný pohyb končetiny. Možnost plynulého nastavení rychlosti min. od 21° do min. 200°/min.

Maximální rozsah pohybu v kolenním kloubu je od -10° v extenzi do 120° ve flexi, u kyčelního kloubu je pak rozsah pohybu od 0° v extenzi do 75° ve flexi.

Možnost nastavení postupného zvyšování rozsahu pohybu (zahřívací program), protažení - pomalé navýšení max. rozsahu o 5°, nastavení doby cvičení, pauzy v krajních polohách (obě samostatně), zpětného chodu (bezpečnostní prvek), plynulého nastavení rozsahu pohybu podle potřeb pacienta.

„Dodávka motodlah pro dolní končetiny a pohybových trenažérů pro horní a dolní končetiny vč. příslušenství“

Motodlaha je požadována bez nutné přestavby pravé / levé končetiny. Požadované příslušenství z lehce omyvatelného materiálu - podpěry stehna, lýtka a botička, protiskluzová podložka, transportní vozík. Výška pacientů od 120 do 195 cm. Hmotnost jedné končetiny min. 30kg.

Pohybové trenažery pro HKK a DKK včetně příslušenství

Léčebný pohybový přístroj určený k rehabilitaci na vozíku, elektromotorický, pro pasivní, asistivní nebo aktivní trénink úplně nebo částečně imobilních pacientů. Stabilní celoodcelová konstrukce včetně bezpečnostních chodidlových podložek musí vykazovat vysokou stabilitu a odolnost. Ovládání přístroje pomocí ovladače s grafickým barevným LCD displejem. Programové vybavení musí umožnit grafické znázornění symetrie dolních a horních končetin, automatickou detekci vystřelující křeče s následným zastavením přístroje a uvolnění opačným směrem, využití zbytkových sil svalů, plynulé nastavení brzdného odporu pro aktivní práci svalů jemných stupňů od zcela lehkého až po zcela těžký, nastavení doby cvičení nebo umožnění trvalého provozu, nezávislé nastavení rychlosti a síly motoru, vyhodnocení cvičení aktivity pravé a levé strany u horních končetin. Zadavatel požaduje vybavení motivačními programy pro zábavnější trénink.

Pohybový trenažer pro HKK a DKK pro dětské pacienty – 2ks (1x pavilon E, 1x pavilon M)

Přístroj vhodný pro pasivní, asistovaný a aktivní trénink pro úplně nebo částečně imobilní pacienty, také pro trénink poškozených nosných kloubů. Uživatel může sedět na stabilní židli nebo na invalidním vozíku zajištěných proti převrnutí. Kolečka pro snadný transport.

Cíl: Možnost procvičování kloubů horní nebo dolní končetiny. Pohybovým tréninkem posílení pohybových programů procvičovaných končetin, prevence vzniku kontraktur, proleženin, trombóz, zlepšení kloubní pohyblivosti, posilování zbytkového svalového potenciálu u postižených svalů se současným posílením kardiovaskulárního systému.

Minimální vybavení

Základní modul přístroje pro dolní končetiny včetně držadla pro HKK požadujeme vybavit bezpečnostními podložkami pro chodidla.

Vodidla pro DKK budou kloubovitě uložena (v oblasti kotníků) s nastavitelnou výškou a s lýtkovými podložkami, které budou fixovat polohu bérce – zadavatel požaduje 1 pár/1přístroj

Přidržadla chodidel (fixace chodidla v bezpečnostní podložce) – gumové válečky (nutné při silných spazmech) – zadavatel požaduje 1 pár/1přístroj.

Trenažér paží s motorem (vč. upínacího modulu) – včetně symetrie paží disponující vysokou stabilitou, možností výškového nastavení a možností výměny za pevná madla.

Podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou pro zlepšení úchopové a stabilní funkce ruky – zadavatel požaduje 1 pár/1přístroj

Hákové držadlo – zadavatel požaduje 1ks/1přístroj

Manžeta na zápěstí sloužící k upevnění ruky k trenažéru, držadlu a k jiným rukojetím – zadavatel požaduje 1 pár/1 přístroj

Zadavatel požaduje přístroj s možností změny výšky motoru jak pro DKK i HKK. Z důvodu provozu přístroje i pro velmi malé dětské pacienty požaduje zadavatel možnost nastavení min. vzdálenosti od plochy chodidla ke hraně židle, případně vozíku, na cca 18cm a více při zachování funkčnosti přístroje.

Pohybový trenažer pro HKK a DKK pro dospělé pacienty – 2ks (2x pavilon C)

Přístroj vhodný pro pasivní, asistovaný a aktivní trénink pro úplně nebo částečně imobilní pacienty, také pro trénink poškozených nosných kloubů. Uživatel může sedět na stabilní židli nebo na invalidním vozíku zajištěných proti převrnutí. Vhodné pro klienty s vyšší hmotností – cca 130kg.

Požadavky zadavatele na následující druhy cvičení:

Symetrické cvičení (možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny)

Symetrické cvičení – možnost hraní her – motivace pro pacienta

Aktivní cvičení (jako na rotopedu)

Isokinetické cvičení (trénink se stálou rychlostí, ale s měnícím se odporem)

„Dodávka motodlah pro dolní končetiny a pohybových trenažérů pro horní a dolní končetiny vč. příslušenství“

Cvičení pro kardiaky (kontrola srdečního tepu)

Cíl: Možnost procvičování kloubů horní nebo dolní končetiny. Pohybovým tréninkem posílení pohybových programů procvičovaných končetin, prevence vzniku kontraktur, proleženin, trombóz, zlepšení kloubní pohyblivosti, posilování zbytkového svalového potenciálu u postižených svalů se současným posílením kardiovaskulárního systému.

Požadavky na fce přístroje:

Velký barevný dotykový displej cca 10"

Možnost změny všech důležitých parametrů během cvičení

Vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace

Jednoduché ovládání na obrazovce

Biofeedback – pohybové hry – barevná motivace

Možnost aktualizace softwaru přístroje pomocí flash disku

Citlivá detekce křečí – antispazmová kontrola, min. tři úrovně

Nastavení vzdálenosti pro DKK

Kolečka pro snadný transport

Minimální vybavení

Základní modul přístroje pro dolní končetiny včetně držadla pro HKK požadujeme vybavit bezpečnostními podložkami pro chodidla.

Vodidla pro DKK (v oblasti kotníků) s nastavitelnou výškou a s lýtkovými podložkami, které budou fixovat polohu bérce – zadavatel požaduje 1 pár/1přístroj

Přidržovací chodidla (fixace chodidla v bezpečnostní podložce) — zadavatel požaduje 1 pár/1přístroj.

Trenažér paží s motorem (vč. upínacího modulu) – včetně symetrie paží disponující vysokou stabilitou, možností výškového nastavení a možností výměny za pevná madla.

Podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou pro zlepšení úchopové a stabilní funkce ruky – zadavatel požaduje 1 pár/1přístroj

Manžeta na zápěstí sloužící k upevnění ruky k trenažéru, držadlu a k jiným rukojetím – zadavatel požaduje 1 pár/1 přístroj

Min. vzdálenosti od plochy chodidla ke hraně židle, případně vozíku cca 28cm a více při zachování funkčnosti přístroje

Jednotný způsob zpracování nabídky

Účastníci ve své nabídce uvedou:

1) Kopie oprávnění k podnikání, příp. výpis z OR na předmět zakázky

2) Technická a obrázková dokumentace

Ke každé položce dle Položkového výpisu účastník doloží Produktový list (nebo obdobný dokument), který bude obsahovat údaje, z nichž bude možné posoudit soulad nabídky účastníka s požadavky zadavatele uvedenými v Příloze č. 1 Kupní smlouvy - Položkový výpis. Jde zejména o technické parametry, obrázek (foto) nabízeného výrobku a základní popis. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku účastníka z hodnocení v rámci posouzení nabídek v případě, že nabízený výrobek nebude splňovat parametry požadované zadavatelem.

3) ES prohlášení o shodě v ČJ se zatříděním do klas. skupiny

4)Doklad o registraci osoby zacházející se zdravotnickými prostředky dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a to jako osoby provádějící servis.

5) Doplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy včetně Položkového výpisu – Příloha č.1. Tyto dokumenty budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka nebo osobou příslušně zmocněnou; kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka.

Poznámka:

Výše uvedené dokumenty účastníci dodají nejpozději do ukončení zadávacího kola v elektronické podobě jako přílohu k nabídce přímo v elektronickém tržišti. Po ukončení zadávacího kola již nelze doplňovat.

„Dodávka motodlah pro dolní končetiny a pohybových trenažérů pro horní a dolní končetiny vč. příslušenství“

Stanovení nabídkové ceny

- Účastník vyplní požadované sloupce jak v Položkovém výpisu, tak v systému Proe.biz, ceny budou zadávány bez DPH.
- Účastník je povinen vyplnit všechny položky v oddílech A, B nebo C (dle svého zvážení a své specializace), případně ve všech oddílech, v příloženém Položkovém výpisu i v systému Proe.biz z důvodu jednotného hodnocení.
- Účastník zkontroluje, zda předvyplněný výpočet celkové ceny v Položkovém výpisu je správně (případně jej opraví).
- V tomto zadávacím řízení nebude použita elektronická aukce
- Celkové ceny za jednotlivé oddíly jsou předmětem hodnocení podle kritéria „nejnižší nabídková cena bez DPH“.

Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER.

V nabízené jednotkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady účastníka na provedení předmětu plnění.

Po ukončení zadávacího řízení je vybraný účastník povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 5 kalendářních dnů (zejména se jedná o předložení smlouvy v listinné podobě).

Kritéria a váhy hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria – Nejnižší nabídková cena bez DPH

Základní podmínky financování, plateb a záruk:

- zadavatel poskytuje zálohy: NE
- způsob platby: fakturou
- splatnost faktury po předání a převzetí dodávky : 30 dní

Fakturace bude provedena pouze dle skutečně dodaného zboží.

- záruka na předmět plnění: min. 36 měsíců

Podmínkou záruční lhůty je poskytování bezplatného záručního servisu, včetně dodávky potřebných náhradních dílů, provádění příslušných kontrol a revizí dle platných předpisů, v době trvání min.36 měsíců.

Místo plnění (realizace): Hamzova odborná léčebna – Luže, Košumberk čp.80, pavilony E,M,C

Termíny realizace zakázky:

Počátek realizace zakázky	podpisem smlouvy
Dokončení realizace zakázky	nejpozději do konce 43 týdne 2017

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Časové specifikace:

- Celé zadávací řízení bude provedeno v systému PROEBIZ formou výzvy k podání nabídek bez elektronické aukce (RFx – Poptávka). Níže uvedené termíny budou v souladu s termíny v elektronickém tržišti.
- Lhůta pro podání nabídek do 25.09.2017 do 13hod.
- Doba po kterou je účastník vázán nabídkou: do uzavření smlouvy, max. 3 měsíce od data podání nabídky
- Zadavatel neposkytuje účastníkovi možnost účasti při otevírání nabídek.

„Dodávka motodlah pro dolní končetiny a pohybových trenažérů pro horní a dolní končetiny vč. příslušenství“

Zadavatel si vyhrazuje právo na:

- neuzavření smlouvy s žádným z účastníků a zadávací řízení zrušit
- změnu, úpravu příp. doplnění zadávacích podmínek a to všem účastníkům stejně

Neuvede-li účastník některé údaje, předpokládá se, že souhlasí s údaji uvedenými v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel upozorňuje, že předložené cenové nabídky pokládá za závazné a vyhrazuje si právo je pouze připodepsat, aby byl uzavřen platný smluvní vztah dle Občanského zákoníku.

Zadavatel upozorňuje, že nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z jeho vnitřních kalkulací. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

Znění smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení není obchodním tajemstvím, účastník bere na vědomí, že uzavřená kupní smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015, o registru smluv.

Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace (ZD):

- | | | |
|------------------------------|------------------|--|
| • kontaktní osoba a spojení: | jméno a příjmení | Ivana Charbuská |
| | Telefon | 469 648 151 |
| | e-mail | charbuska@hamzova-lecebna.cz |

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Půža, náměstek HTS
- ve věcech zadávacího řízení: Ivana Charbuská, referent CN

V Luži – Košumberku dne: 14.09.2017

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-



Ing. Jiří Půža
náměstek HTS