

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2018/3734/HL

Datum: 21.6.2018

Vyřizuje: Ing. Michaela Vostřelová

Tel.: 469 648 157

E-mail: michaela.vostrelova@hamzova-lecebna.cz

**Věc: Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k veřejné zakázce malého rozsahu
č. 2018/3734/HL „Průběžné dodávky rukavic 2018/2020“**

Dne 20.6.2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, ke které poskytuje následující vysvětlení:


Dotaz č.1 z 20.6.2018: Zadavatel požaduje u pol. č. 1 – latexové, sterilní rukavice střední sílu min. 12 N. Nezvážil by zadavatel změnu tohoto požadavku na sílu minimálně 9N?

Odpověď (vysvětlení) zadavatele:

Zadavatel připouští u pol. č.1 – latexové, sterilní rukavice střední sílu min. 9N.

Příloha: Příloha_c.1_Položkovy_vypis-uprava

Ostatní ujednání, texty a specifikace zůstávají beze změn.


Jaroslava Zavoralová
nám. pro ošetřovatelství
manažer kvality